

## Low Frequency

Blood Galactose	: آزمایش ۱	۱۳۹۷	شنبه ۱۵ دي	تاریخ :
HIGH- کنترل داخل کیت	: کنترل	۶۵۷	کیمیا پژوهان	کیت :
کیمیا پژوهان	: شرکت سازنده	۶۵۷	کیمیا پژوهان	شرکت سازنده :
۹۷۳۰۲	: سری ساخت	۹۷۳۰۲		سری ساخت :
۲۰/۰۹/۲۰۱۹	: تاریخ انقضاء	۲۰/۰۹/۲۰۱۹		تاریخ انقضاء :
بروشور	: مرجع CV مجاز	۱۰,۵		CV مجاز :
۹,۳	: حد پایین	۱۴,۳		حد بالا :

توضیحات :

تاریخ انجام	کاربر	خوانش کنترل	نتیجه	اقدامات اصلاحی
۱۴۰۳/۰۱/۲۶	راحله عبدیل زاده (۶۵۷)	۱۱,۶	OK	
۱۴۰۳/۰۱/۱۹	راحله عبدیل زاده (۶۵۷)	۱۰,۳	OK	
۱۴۰۲/۱۲/۲۷	معصومه فلاح چوبانلار (۱۰۱۹)	۱۳,۸	OK	
۱۴۰۰/۱۱/۱۰	پریسا رضیئی (۰۹۸۴)	۱۱,۵	OK	
۱۴۰۰/۱۰/۱۹	پریسا رضیئی (۰۹۸۴)	۱۰,۵	OK	
۱۴۰۰/۱۰/۰۵	پریسا رضیئی (۰۹۸۴)	۱۱	OK	
۱۴۰۰/۰۹/۲۸	پریسا رضیئی (۰۹۸۴)	۱۰	OK	
۱۴۰۰/۰۹/۱۴	پریسا رضیئی (۰۹۸۴)	۱۱	OK	
۱۴۰۰/۰۹/۰۷	پریسا رضیئی (۰۹۸۴)	۱۰,۵	OK	
۱۴۰۰/۰۸/۱۷	پریسا رضیئی (۰۹۸۴)	۱۰	OK	
۱۴۰۰/۰۷/۲۵	پریسا رضیئی (۰۹۸۴)	۱۲	OK	
۱۴۰۰/۰۷/۱۸	پریسا رضیئی (۰۹۸۴)	۱۱	OK	
۱۴۰۰/۰۷/۱۱	پریسا رضیئی (۰۹۸۴)	۱۱	OK	

تاریخ انجام	کاربر	خوانش کنترل	نتیجه	اقدامات اصلاحی
۱۳۹۸/۰۲/۳۱	فاطمه جلالی شیرازی (۸۴۷)	۹,۸	OK	
۱۳۹۸/۰۲/۳۰	فاطمه جلالی شیرازی (۸۴۷)	۱۱,۹	OK	
۱۳۹۸/۰۲/۲۸	فاطمه جلالی شیرازی (۸۴۷)	۱۱,۹	OK	
۱۳۹۸/۰۲/۲۲	فاطمه جلالی شیرازی (۸۴۷)	۱۳	OK	
۱۳۹۸/۰۲/۱۴	فاطمه جلالی شیرازی (۸۴۷)	۱۱,۸	OK	
۱۳۹۸/۰۲/۱۱	فاطمه جلالی شیرازی (۸۴۷)	۱۲	OK	
۱۳۹۸/۰۱/۲۴	فاطمه جلالی شیرازی (۸۴۷)	۱۰,۵	OK	
۱۳۹۷/۱۲/۲۶	فاطمه جلالی شیرازی (۸۴۷)	۱۱,۴	OK	
۱۳۹۷/۱۲/۱۲	فاطمه جلالی شیرازی (۸۴۷)	۱۲,۱	OK	
۱۳۹۷/۱۲/۰۵	فاطمه جلالی شیرازی (۸۴۷)	۱۰,۲	OK	
۱۳۹۷/۱۱/۲۱	فاطمه جلالی شیرازی (۸۴۷)	۱۰,۱	OK	
۱۳۹۷/۱۱/۰۷	فاطمه جلالی شیرازی (۸۴۷)	۱۰,۱	OK	
۱۳۹۷/۱۰/۲۷	فاطمه جلالی شیرازی (۸۴۷)	۱۰,۵	OK	
۱۳۹۷/۱۰/۲۳	فاطمه جلالی شیرازی (۸۴۷)	۱۲	OK	

CV : 8.872