

عنوان کنترل : بولد سرم
شروع کنترل: ۱۴۰۲/۱۲/۰۱

عنوان آزمایش : CA-125
عنوان دستگاه : simense
سری ساخت : -

%CV	SD	SD ^۳ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۳,۶۴۱	۵,۱۷۵	۱۲۶,۵۹۵	۱۳۱,۷۷	۱۳۶,۹۴۵	۱۴۲,۱۲	۱۴۷,۲۹۵	۱۵۲,۴۷	۱۵۷,۶۴۵

مقدار	تاریخ
۱۴۹	۱۴۰۳/۰۱/۲۹
۱۵۱	۱۴۰۳/۰۱/۳۰

مقدار	تاریخ
۱۴۷	۱۴۰۳/۰۱/۲۶
۱۴۰	۱۴۰۳/۰۱/۲۷
۱۳۷	۱۴۰۳/۰۱/۲۸

مقدار	تاریخ
۱۴۷	۱۴۰۳/۰۱/۱۸
۱۳۸	۱۴۰۳/۰۱/۲۱
۱۴۸	۱۴۰۳/۰۱/۲۵

CV%: 3.75	SD: 5.423	Mean: 144.625
-----------	-----------	---------------

