

عنوان کنترل : بولد سرم
شروع کنترل : ۱۴۰۲/۱۲/۰۱

عنوان آزمایش : CA 15-3-CLIA
عنوان دستگاه : simense
سری ساخت : .

%CV	SD	SD ^۳ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۸,۰۵۲	۵,۴۹	۵۱,۷۰۹	۵۷,۱۹۹	۶۲,۶۸۹	۶۸,۱۷۹	۷۳,۶۶۹	۷۹,۱۵۹	۸۴,۶۴۹

مقدار	تاریخ
۶۵	۱۴۰۳/۰۱/۲۹
۷۹	۱۴۰۳/۰۱/۳۰

مقدار	تاریخ
۷۰	۱۴۰۳/۰۱/۲۶
۶۶	۱۴۰۳/۰۱/۲۷
۷۹	۱۴۰۳/۰۱/۲۸

مقدار	تاریخ
۷۰	۱۴۰۳/۰۱/۱۸
۷۸,۸	۱۴۰۳/۰۱/۲۱
۶۸	۱۴۰۳/۰۱/۲۵

CV%: 8.357	SD: 6.015	Mean: 71.975
------------	-----------	--------------

