

عنوان کنترل : بولد سرم
شروع کنترل: ۱۴۰۲/۱۱/۰۱

عنوان آزمایش : Carbamazepin
عنوان دستگاه : hplc
سری ساخت : ۱۲۳

%CV	SD	SD ^{۳-}	SD ^{۲-}	SD ^{۱-}	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۱۰,۷۱	۰,۴۱۶	۲,۶۳۲	۳,۰۴۸	۳,۴۶۴	۳,۸۸	۴,۲۹۶	۴,۷۱۲	۵,۱۲۸

مقدار	تاریخ
۳,۶	۱۴۰۳/۰۱/۲۹
۳,۵	۱۴۰۳/۰۱/۳۰

مقدار	تاریخ
۴,۶	۱۴۰۳/۰۱/۲۰
۴,۴	۱۴۰۳/۰۱/۲۳
۴,۸	۱۴۰۳/۰۱/۲۵
۴,۱	۱۴۰۳/۰۱/۲۶
۳,۸	۱۴۰۳/۰۱/۲۷

مقدار	تاریخ
۳,۸	۱۴۰۳/۰۱/۱۴
۴,۵	۱۴۰۳/۰۱/۱۵
۴,۷	۱۴۰۳/۰۱/۱۶
۴,۲	۱۴۰۳/۰۱/۱۸
۴,۲	۱۴۰۳/۰۱/۱۹

CV%: 10.386	SD: 0.434	Mean: 4.183
-------------	-----------	-------------

