

عنوان کنترل : permium III
شروع کنترل: ۱۴۰۲/۰۸/۲۹

عنوان آزمایش : Digoxin
عنوان دستگاه : simense
سری ساخت : EC۲۱۸۷

%CV	SD	SD ^۳ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۴,۹۲۵	۰,۱۹۶	۳,۳۹۱	۳,۵۸۷	۳,۷۸۳	۳,۹۷۹	۴,۱۷۵	۴,۳۷۱	۴,۵۶۷

مقدار	تاریخ
۴,۱	۱۴۰۳/۰۱/۳۰

مقدار	تاریخ
۴,۱	۱۴۰۳/۰۱/۲۷
۳,۸	۱۴۰۳/۰۱/۲۸

مقدار	تاریخ
۳,۹	۱۴۰۳/۰۱/۲۵
۳,۹	۱۴۰۳/۰۱/۲۶

CV%: 3.388	SD: 0.134	Mean: 3.96
------------	-----------	------------

