

عنوان کنترل : abbot-I
شروع کنترل: ۱۴۰۳/۰۱/۲۱

عنوان آزمایش : Free PSA
عنوان دستگاه : abbot
سری ساخت : ۳۵۷۱۰۲۱۱/

%CV	SD	SD ^{۳-}	SD ^{۲-}	SD ^{۱-}	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۴,۷	۰,۰۳۶	۰,۲۵۴	۰,۲۹	۰,۳۲۶	۰,۳۶۲	۰,۳۹۸	۰,۴۳۴	۰,۴۷

مقدار	تاریخ
۰,۳۴	۱۴۰۳/۰۲/۰۲

مقدار	تاریخ
۰,۳۴	۱۴۰۳/۰۱/۲۸
۰,۳۱	۱۴۰۳/۰۱/۲۹
۰,۳۵	۱۴۰۳/۰۱/۳۰
۰,۳۲	۱۴۰۳/۰۲/۰۱

مقدار	تاریخ
۰,۳۷	۱۴۰۳/۰۱/۲۱
۰,۳۲	۱۴۰۳/۰۱/۲۵
۰,۳۶	۱۴۰۳/۰۱/۲۶
۰,۳۸	۱۴۰۳/۰۱/۲۷

CV%: 6.984	SD: 0.024	Mean: 0.343
------------	-----------	-------------

