

permium III : عنوان کنترل :  
شروع کنترل : ۱۴۰۲/۱۲/۲۰

Free T3 : عنوان آزمایش :  
simense : عنوان دستگاه :  
سری ساخت : EC۲۱۸۷

%CV	SD	SD <sup>۳-</sup>	SD <sup>۲-</sup>	SD <sup>۱-</sup>	MEAN	SD <sup>۱</sup>	SD <sup>۲</sup>	SD <sup>۳</sup>
۱۰	۰,۹۳۳	۷,۲۰۱	۸,۱۳۴	۹,۰۶۷	۱۰	۱۰,۹۳۳	۱۱,۸۶۶	۱۲,۷۹۹

مقدار	تاریخ
۱۰,۵	۱۴۰۳/۰۱/۳۰
۹,۶۹	۱۴۰۳/۰۲/۰۱

مقدار	تاریخ
۹,۰۵	۱۴۰۳/۰۱/۱۹
۹,۷	۱۴۰۳/۰۱/۲۹

مقدار	تاریخ
۹,۲۵	۱۴۰۳/۰۱/۱۵
۱۱,۲	۱۴۰۳/۰۱/۱۶

CV%: 8.181	SD: 0.81	Mean: 9.898
------------	----------	-------------

