

Control Hight : عنوان کنترل :  
شروع کنترل: ۱۴۰۲/۰۹/۲۲

HE4 (CLIA : عنوان آزمایش :  
Elecsys : عنوان دستگاه :  
سری ساخت : ۶۲۸۶۰۹

%CV	SD	SD <sup>۳-</sup>	SD <sup>۲-</sup>	SD <sup>۱-</sup>	MEAN	SD <sup>۱</sup>	SD <sup>۲</sup>	SD <sup>۳</sup>
۷,۳۷۶	۲۵,۰۷۴	۲۶۴,۷۱۸	۲۸۹,۷۹۲	۳۱۴,۸۶۶	۳۳۹,۹۴	۳۶۵,۰۱۴	۳۹۰,۰۸۸	۴۱۵,۱۶۲

مقدار	تاریخ
۳۵۰	۱۴۰۳/۰۱/۲۷

مقدار	تاریخ
۳۶۰	۱۴۰۳/۰۱/۲۰
۳۳۱	۱۴۰۳/۰۱/۲۵

مقدار	تاریخ
۳۴۵	۱۴۰۳/۰۱/۱۵
۳۳۳	۱۴۰۳/۰۱/۱۸

CV%: 3.511	SD: 12.071	Mean: 343.8
------------	------------	-------------

