

عنوان آزمایش : (HSV Ab 1+2 (IgM
عنوان دستگاه : الایزایدر
سری ساخت : *۹*
عنوان کنترل : عنوان کنترل :
شروع کنترل : ۱۴۰۲/۰۸/۲۳

%CV	SD	SD ^{۳-}	SD ^{۲-}	SD ^{۱-}	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۱۶,۲۱۹	۳,۹۶۴	۱۲,۵۵۱	۱۶,۵۱۵	۲۰,۴۷۹	۲۴,۴۴۳	۲۸,۴۰۷	۳۲,۳۷۱	۳۶,۳۳۵

مقدار	تاریخ
۱۹,۳۱	۱۴۰۳/۰۱/۳۰

مقدار	تاریخ
۲۲,۲	۱۴۰۳/۰۱/۲۱
۲۹,۱	۱۴۰۳/۰۱/۲۶
۳۲,۳	۱۴۰۳/۰۱/۲۸

مقدار	تاریخ
۲۱,۲	۱۴۰۳/۰۱/۱۴
۱۸,۲	۱۴۰۳/۰۱/۱۶
۳۰,۴	۱۴۰۳/۰۱/۱۹

CV%: 23.365	SD: 5.765	Mean: 24.673
-------------	-----------	--------------

