

عنوان کنترل : Control I
شروع کنترل: ۱۴۰۲/۱۱/۲۸

عنوان آزمایش : IGF-1
عنوان دستگاه : الایزایدر
سری ساخت : ۶۰۵۳

%CV	SD	SD ^{۳-}	SD ^{۲-}	SD ^{۱-}	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۱۲,۳	۱۰,۸	۴۹,۲	۶۰	۷۰,۸	۸۱,۶	۹۲,۴	۱۰۳,۲	۱۱۴

مقدار	تاریخ
۸۷	۱۴۰۲/۱۲/۲۲
۸۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۳

مقدار	تاریخ
۸۸	۱۴۰۲/۱۲/۱۵
۸۸	۱۴۰۲/۱۲/۱۶
۸۰	۱۴۰۲/۱۲/۱۹
۹۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۰
۸۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۱

مقدار	تاریخ
۹۰	۱۴۰۲/۱۲/۰۳
۸۸	۱۴۰۲/۱۲/۰۵
۸۸	۱۴۰۲/۱۲/۰۷
۹۹	۱۴۰۲/۱۲/۰۸
۹۰	۱۴۰۲/۱۲/۰۹

CV%: 6.182	SD: 5.399	Mean: 87.333
------------	-----------	--------------

