

diasorin II : عنوان کنترل :
شروع کنترل: ۱۴۰۲/۱۱/۰۳

Insulin : عنوان آزمایش :
liaison : عنوان دستگاه :
سری ساخت : ۷۵۹۰۳۰۰

%CV	SD	SD ^۳ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۴,۵۶۵	۵,۰۷۱	۹۵,۸۷۲	۱۰۰,۹۴۳	۱۰۶,۰۱۴	۱۱۱,۰۸۵	۱۱۶,۱۵۶	۱۲۱,۲۲۷	۱۲۶,۲۹۸

مقدار	تاریخ
۱۱۵	۱۴۰۲/۱۲/۲۰
۱۰۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۱
۱۰۵	۱۴۰۲/۱۲/۲۴
۱۱۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۶
۱۱۲	۱۴۰۲/۱۲/۲۷
۱۱۳	۱۴۰۲/۱۲/۲۸

مقدار	تاریخ
۱۰۲,۵	۱۴۰۲/۱۲/۱۲
۱۰۸	۱۴۰۲/۱۲/۱۳
۱۱۶	۱۴۰۲/۱۲/۱۴
۱۱۰	۱۴۰۲/۱۲/۱۵
۱۱۷	۱۴۰۲/۱۲/۱۶
۱۲۱	۱۴۰۲/۱۲/۱۷
۱۱۸	۱۴۰۲/۱۲/۱۹

مقدار	تاریخ
۱۱۸	۱۴۰۲/۱۲/۰۱
۱۲۱	۱۴۰۲/۱۲/۰۲
۱۲۰	۱۴۰۲/۱۲/۰۳
۱۱۵	۱۴۰۲/۱۲/۰۵
۱۰۳	۱۴۰۲/۱۲/۰۷
۱۰۷	۱۴۰۲/۱۲/۰۸
۱۰۸	۱۴۰۲/۱۲/۰۹

CV%: 5.197	SD: 5.843	Mean: 112.425
------------	-----------	---------------

