

عنوان کنترل : بولد سرم
شروع کنترل : ۱۴۰۲/۱۱/۰۱

Phenobarbital : عنوان آزمایش
hplc : عنوان دستگاه
سری ساخت : ---

| %CV | SD | SD ^{۳-} | SD ^{۲-} | SD ^{۱-} | MEAN | SD ^۱ | SD ^۲ | SD ^۳ |
|--------|-------|------------------|------------------|------------------|--------|-----------------|-----------------|-----------------|
| ۱۲,۱۵۵ | ۲,۳۸۲ | ۱۲,۴۵۱ | ۱۴,۸۳۳ | ۱۷,۲۱۵ | ۱۹,۵۹۷ | ۲۱,۹۷۹ | ۲۴,۳۶۱ | ۲۶,۷۴۳ |

| مقدار | تاریخ |
|-------|------------|
| ۲۲,۷ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ |
| ۲۵,۲ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ |
| ۱۷,۲ | ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ |

| مقدار | تاریخ |
|-------|------------|
| ۲۴,۵ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۰ |
| ۱۸ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۳ |
| ۲۳,۵ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۵ |
| ۲۲,۵ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۶ |
| ۱۷,۵ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۷ |

| مقدار | تاریخ |
|-------|------------|
| ۱۸,۹ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۴ |
| ۲۱,۵ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۵ |
| ۲۴,۳ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۶ |
| ۲۰,۶ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۸ |
| ۲۲,۵ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۹ |

| | | |
|-------------|-----------|--------------|
| CV%: 12.924 | SD: 2.773 | Mean: 21.454 |
|-------------|-----------|--------------|

