

عنوان آزمایش : (Rubella Ab (IgG  
عنوان دستگاه : لیازون  
سری ساخت : ۷۰۴۸۰۶۰  
شروع کنترل : ۱۴۰۲/۱۱/۰۱  
کنترل داخل کیت :

%CV	SD	SD <sup>۳-</sup>	SD <sup>۲-</sup>	SD <sup>۱-</sup>	MEAN	SD <sup>۱</sup>	SD <sup>۲</sup>	SD <sup>۳</sup>
۱۱,۳۸۱	۳,۰۴	۱۷,۵۹۴	۲۰,۶۳۴	۲۳,۶۷۴	۲۶,۷۱۴	۲۹,۷۵۴	۳۲,۷۹۴	۳۵,۸۳۴

مقدار	تاریخ
۳۲,۶	۱۴۰۳/۰۱/۲۷
۳۱,۶	۱۴۰۳/۰۱/۲۸
۲۷,۲	۱۴۰۳/۰۱/۲۹

مقدار	تاریخ
۳۱,۳	۱۴۰۳/۰۱/۱۸
۲۵,۲	۱۴۰۳/۰۱/۱۹
۲۱,۳	۱۴۰۳/۰۱/۲۰
۳۰	۱۴۰۳/۰۱/۲۱
۲۵	۱۴۰۳/۰۱/۲۵
۲۸,۱	۱۴۰۳/۰۱/۲۶

مقدار	تاریخ
۲۷,۸	۱۴۰۳/۰۱/۰۷
۲۵,۴	۱۴۰۳/۰۱/۰۸
۳۰,۳	۱۴۰۳/۰۱/۰۹
۱۷,۹	۱۴۰۳/۰۱/۱۱
۲۷,۵	۱۴۰۳/۰۱/۱۴
۲۴,۲	۱۴۰۳/۰۱/۱۵

CV%: 14.865	SD: 4.018	Mean: 27.027
-------------	-----------	--------------

