

diasorin : عنوان کنترل :
شروع کنترل : ۱۴۰۲/۰۹/۰۶

سری ساخت : ۵۵۶۰۴۴۰

عنوان آزمایش : (Rubella Ab (IgM
عنوان دستگاه : لیازون

%CV	SD	SD ^۳ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۱۲,۶۱۶	۱۰,۴۲۴	۵۱,۳۵۱	۶۱,۷۷۵	۷۲,۱۹۹	۸۲,۶۲۳	۹۳,۰۴۷	۱۰۳,۴۷۱	۱۱۳,۸۹۵

مقدار	تاریخ
۸۵	۱۴۰۳/۰۱/۲۹

مقدار	تاریخ
۷۶	۱۴۰۳/۰۱/۲۵
۶۵	۱۴۰۳/۰۱/۲۶
۸۸	۱۴۰۳/۰۱/۲۷
۹۳	۱۴۰۳/۰۱/۲۸

مقدار	تاریخ
۹۰,۴	۱۴۰۳/۰۱/۱۸
۸۴	۱۴۰۳/۰۱/۱۹
۵۸,۹	۱۴۰۳/۰۱/۲۰
۶۶	۱۴۰۳/۰۱/۲۱

CV%: 15.887	SD: 12.468	Mean: 78.478
-------------	------------	--------------

