

عنوان آزمایش : (Triiodothyronine (T3
عنوان دستگاه : simense
عنوان کنترل : prmium III
شروع کنترل : ۱۴۰۲/۱۲/۲۰
سری ساخت : EC۲۱۸۷

%CV	SD	SD ^۳ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۸,۶	۴۱,۸۳۳	۳۴۱,۰۰۱	۳۸۲,۸۳۴	۴۲۴,۶۶۷	۴۶۶,۵	۵۰۸,۳۳۳	۵۵۰,۱۶۶	۵۹۱,۹۹۹

مقدار	تاریخ
۵۰۸	۱۴۰۳/۰۲/۱۱
۵۰۱	۱۴۰۳/۰۲/۱۳

مقدار	تاریخ
۴۸۲	۱۴۰۳/۰۱/۳۰
۳۹۹	۱۴۰۳/۰۲/۰۱
۴۵۲	۱۴۰۳/۰۲/۰۲
۵۰۲	۱۴۰۳/۰۲/۰۶
۴۴۳	۱۴۰۳/۰۲/۰۹

مقدار	تاریخ
۳۶۷	۱۴۰۳/۰۱/۱۵
۴۹۸	۱۴۰۳/۰۱/۱۶
۴۱۲	۱۴۰۳/۰۱/۱۸
۴۴۵	۱۴۰۳/۰۱/۱۹
۳۸۶	۱۴۰۳/۰۱/۲۹

CV%: 11.041	SD: 49.638	Mean: 449.583
-------------	------------	---------------

