

permium plus III : عنوان کنترل : عنوان آزمایش : T3 Resin Uptake-CLIA
شروع کنترل: ۱۴۰۲/۱۰/۰۵ : سری ساخت : ۳۱۵ : عنوان دستگاه : simense

%CV	SD	SD ^{۳-}	SD ^{۲-}	SD ^{۱-}	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۵,۷۳۷	۲,۲۱	۳۱,۸۸۹	۳۴,۰۹۹	۳۶,۳۰۹	۳۸,۵۱۹	۴۰,۷۲۹	۴۲,۹۳۹	۴۵,۱۴۹

مقدار	تاریخ
۳۸	۱۴۰۳/۰۱/۳۰

مقدار	تاریخ
۳۸,۶	۱۴۰۳/۰۱/۱۹
۳۷	۱۴۰۳/۰۱/۲۹

مقدار	تاریخ
۴۲,۱	۱۴۰۳/۰۱/۱۵
۴۰,۳	۱۴۰۳/۰۱/۱۶

CV%: 5.143	SD: 2.016	Mean: 39.2
------------	-----------	------------

