

LIASON CON : عنوان کنترل : عنوان آزمایش : (Toxoplasma Ab (IgM
 شروع کنترل: ۱۴۰۲/۰۸/۰۹ : سری ساخت : ۵۶۱۰۴۴۰ : لیازون : عنوان دستگاه :

%CV	SD	SD ^۳ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۱۲,۶۳۲	۳,۶۲۸	۱۷,۸۳۹	۲۱,۴۶۷	۲۵,۰۹۵	۲۸,۷۲۳	۳۲,۳۵۱	۳۵,۹۷۹	۳۹,۶۰۷

مقدار	تاریخ
۲۵,۹	۱۴۰۳/۰۱/۲۷
۳۱	۱۴۰۳/۰۱/۲۸
۲۲,۵	۱۴۰۳/۰۱/۲۹

مقدار	تاریخ
۲۹,۷	۱۴۰۳/۰۱/۱۸
۲۷	۱۴۰۳/۰۱/۱۹
۲۳,۹	۱۴۰۳/۰۱/۲۰
۳۰	۱۴۰۳/۰۱/۲۱
۲۹	۱۴۰۳/۰۱/۲۵
۲۵,۱	۱۴۰۳/۰۱/۲۶

مقدار	تاریخ
۲۷	۱۴۰۳/۰۱/۰۷
۳۳,۲	۱۴۰۳/۰۱/۰۸
۲۶,۶	۱۴۰۳/۰۱/۰۹
۲۹	۱۴۰۳/۰۱/۱۱
۲۹,۳	۱۴۰۳/۰۱/۱۴
۲۳,۵	۱۴۰۳/۰۱/۱۵

CV%: 10.954	SD: 3.014	Mean: 27.513
-------------	-----------	--------------

