

عنوان کنترل : کنترل II
شروع کنترل: ۱۴۰۲/۰۶/۰۵

عنوان آزمایش : Troponin I
عنوان دستگاه : کوباس E411
سری ساخت : ۶۰۷۳۵۰

%CV	SD	SD ^۳ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۲,۸۱۵	۰,۴۰۹	۱۳,۳۰۴	۱۳,۷۱۳	۱۴,۱۲۲	۱۴,۵۳۱	۱۴,۹۴	۱۵,۳۴۹	۱۵,۷۵۸

مقدار	تاریخ
۱۳,۴	۱۴۰۳/۰۱/۲۹
۱۴	۱۴۰۳/۰۱/۳۰

مقدار	تاریخ
۱۵,۶	۱۴۰۳/۰۱/۲۱
۱۴,۴	۱۴۰۳/۰۱/۲۵
۱۴,۱	۱۴۰۳/۰۱/۲۷

مقدار	تاریخ
۱۵	۱۴۰۳/۰۱/۱۶
۱۴	۱۴۰۳/۰۱/۱۸
۱۳,۶	۱۴۰۳/۰۱/۲۰

CV%: 5.097	SD: 0.727	Mean: 14.263
------------	-----------	--------------

